



PRORROGAÇÃO

COTAÇÃO DE PREÇOS PROCESSO 093/2021

A instituição **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ SAÚDE**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede à Travessa do Ouvidor, nº 21, sala 503, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20040-040, inscrita no CNPJ sob nº **40.289.134/0001-99**, vem, por sua Analista de Compras abaixo assinada, solicitar apresentação de proposta de preços para compor a ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, para a contratação de empresa especializada em fornecimento de GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO), por meio do Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades do Hospital Basileu Estrela e das Unidades Básicas de Saúde, conforme especificações no Termo de Referência anexo.

Data para recebimento das propostas: até 16/07/2021 às 17:00 horas.

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos no telefone (21) 3559-2976 e e-mail: primaqualitasaudeos@gmail.com.

Rio de Janeiro, 06 de Julho de 2021.

Ivanete S. Motta Carvalho
Analista de Compras



INSERIR PAPEL TIMBRADO OU LOGO DA EMPRESA

COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA

À Prima Qualitá Saúde.

PROCESSO Nº 093/2021.

Dados da Proponente

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

Apresentamos, cotação de preços para compor estimativa para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no respectivo Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Recarga de cilindro para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 7 m³ (40 litros), com fornecimento dos cilindros em forma de comodato Capacidade (litros/M ³): 40 Litros/7 M ³ ; Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar; Cor padrão ABNT: Verde; Normas Aplicáveis aceitas e aprovadas pela ABNT: ISO 4706, ISO 9809-1, ISO 9809-3, DOT3AA, NBR 12791; Cilindros com Válvula padrão ABNT para o gás escolhido: Gás Oxigênio Medicinal: Válvula com conexão de saída W 21.8 x 1.1/4" DIN 477-1 Rosca Direita Externa, código ABNT: 218-1.	cilindro	2.325		

2	<p>Recarga de cilindro para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 3 m³ (20 litros), com fornecimento dos cilindros em forma de comodato</p> <p>Capacidade (litros/M³): 20 Litros/3 M³;</p> <p>Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar; Cor padrão ABNT: Verde;</p> <p>Normas Aplicáveis aceitas e aprovadas pela ABNT: ISO 4706, ISO 9809-1, ISO 9809-3, DOT3AA, NBR 12791;</p> <p>Cilindros com Válvula padrão ABNT para o gás escolhido:</p> <p>Gás Oxigênio Medicinal: Válvula com conexão de saída W 21.8 x 1.1/4" DIN 477-1 Rosca Direita Externa, código ABNT: 218-1.</p>	cilindro	105		
3	<p>Recarga de cilindro para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 2,5 m³ (15 litros), com fornecimento dos cilindros em forma de comodato</p> <p>Capacidade (litros/M³): 15 Litros/2,5 M³;</p> <p>Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar; Cor padrão ABNT: Verde;</p> <p>Normas Aplicáveis aceitas e aprovadas pela ABNT: ISO 4706, ISO 9809-1, ISO 9809-3, DOT3AA, NBR 12791;</p> <p>Cilindros com Válvula padrão ABNT para o gás escolhido:</p> <p>Gás Oxigênio Medicinal: Válvula com conexão de saída W 21.8 x 1.1/4" DIN 477-1 Rosca Direita Externa, código ABNT: 218-1.</p>	cilindro	240		
					R\$ -

Valor Total por Extenso: _____

Declaramos estar ciente e concordar integralmente com os termos e condições contidas no Termo de Referência.

Validade da proposta: 60 dias.

XXXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXXXXX de 2021.

ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE