



## **COTAÇÃO DE PREÇOS PROCESSO 093/2021**

A instituição **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ SAÚDE**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede à Travessa do Ouvidor, nº 21, sala 503, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20040-040, inscrita no CNPJ sob nº **40.289.134/0001-99**, vem, por sua Analista de Compras abaixo assinada, solicitar apresentação de proposta de preços para compor a ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, para a contratação de empresa especializada em fornecimento de GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO), por meio do Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades do Hospital Basileu Estrela e das Unidades Básicas de Saúde, conforme especificações no Termo de Referência anexo.

**Data para recebimento das Propostas: até 30/06/2021 às 17:00 horas.**

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos no telefone (21) 3559-2976 e e-mail: [primaqualitasaudeos@gmail.com](mailto:primaqualitasaudeos@gmail.com).

Rio de Janeiro, 21 de Junho de 2021.

**Ivanete S. Motta Carvalho**  
**Analista de Compras**



## **INSERIR PAPEL TIMBRADO OU LOGO DA EMPRESA**

### **COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA**

À Prima Qualitá Saúde.

**PROCESSO Nº 093/2021.**

#### **Dados da Proponente**

**RAZÃO SOCIAL:**

**CNPJ:**

**ENDEREÇO:**

**TELEFONE:**

**E-MAIL:**

Apresentamos, cotação de preços para compor estimativa para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no respectivo Termo de Referência:

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	<b>Recarga de cilindro para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 7 m<sup>3</sup> (40 litros), com fornecimento dos cilindros em forma de comodato</b>  Capacidade (litros/M <sup>3</sup> ): 40 Litros/7 M <sup>3</sup> ;  Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar; Cor padrão ABNT: Verde; Normas Aplicáveis aceitas e aprovadas pela ABNT: ISO 4706, ISO 9809-1, ISO 9809-3, DOT3AA, NBR 12791;  Cilindros com Válvula padrão ABNT para o gás escolhido:  Gás Oxigênio Medicinal: Válvula com conexão de saída W 21.8 x 1.1/4" DIN 477-1 Rosca Direita Externa, código ABNT: 218-1.	cilindro	2.325		

2	<p><b>Recarga de cilindro para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 3 m<sup>3</sup> (20 litros), com fornecimento dos cilindros em forma de comodato</b></p> <p>Capacidade (litros/M<sup>3</sup>): 20 Litros/3 M<sup>3</sup>;</p> <p>Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar; Cor padrão ABNT: Verde;</p> <p>Normas Aplicáveis aceitas e aprovadas pela ABNT: ISO 4706, ISO 9809-1, ISO 9809-3, DOT3AA, NBR 12791;</p> <p>Cilindros com Válvula padrão ABNT para o gás escolhido:</p> <p>Gás Oxigênio Medicinal: Válvula com conexão de saída W 21.8 x 1.1/4" DIN 477-1 Rosca Direita Externa, código ABNT: 218-1.</p>	cilindro	105		
3	<p><b>Recarga de cilindro para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 2,5 m<sup>3</sup> (15 litros), com fornecimento dos cilindros em forma de comodato</b></p> <p>Capacidade (litros/M<sup>3</sup>): 15 Litros/2,5 M<sup>3</sup>;</p> <p>Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar; Cor padrão ABNT: Verde;</p> <p>Normas Aplicáveis aceitas e aprovadas pela ABNT: ISO 4706, ISO 9809-1, ISO 9809-3, DOT3AA, NBR 12791;</p> <p>Cilindros com Válvula padrão ABNT para o gás escolhido:</p> <p>Gás Oxigênio Medicinal: Válvula com conexão de saída W 21.8 x 1.1/4" DIN 477-1 Rosca Direita Externa, código ABNT: 218-1.</p>	cilindro	240		
					R\$ -

Valor Total por Extenso: \_\_\_\_\_

Declaramos estar ciente e concordar integralmente com os termos e condições contidas no Termo de Referência.

**Validade da proposta:** 60 dias.

**XXXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXXXXX de 2021.**

**ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE**