



COTAÇÃO DE PREÇOS PROCESSO 064/2025

A instituição PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ SAÚDE, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede à Rua Dr. Francisco de Souza, nº 728 - Centro - Rio Bonito - RJ - CEP: 28800-000, inscrita no CNPJ sob nº 40.289.134/0001-99, vem, por sua por sua Analista de Compras abaixo assinada, solicitar apresentação de proposta de preços para compor a ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA SELEÇÃO DE FORNECEDORES para a contratação de empresa especializada em fornecimento de EQUIPAMENTOS NEONATAIS, visando atender as necessidades do Hospital Municipal de Cordeiro, unidade gerenciada pela OS Prima Qualitá Saúde, no município de Cordeiro, conforme especificações no Termo de Referência anexo.

Data para recebimento das Propostas: até 04/04/2025 às 16:00 horas.

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos no telefone (21) 96673-1334 e e-mail: departamento.compras@primaqualitasaude.org.

Rio Bonito, 27 de Março de 2025.

Ivanete da S. Motta Carvalho
Analista de Compras



INSERIR LOGO OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA

À Prima Qualitá Saúde.

PROCESSO Nº 064/2025.

Dados da Proponente:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

Apresentamos, cotação de preços para compor estimativa para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no respectivo Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Oftalmoscópio Neonatal – Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência; Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado; Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA; Cabo compatível com todas as cabeças; Não contém látex; 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado; Óptica selada à prova de poeiras; Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos; Lâmpada 2.5V de Halógena (amarelada); Cabeça em ABS, resistente a impactos. Dimensões aproximada do produto: Comprimento: 170mm; Peso aproximado: 65g.	Unidade	1			
2	Monitor com Oxímetro e Aparelho de Pressão Neonatal Infantil – Parâmetros de monitoramento: SpO2, PR (frequência de pulso); Soquetes de	Unidade	1			

	sinal: Soquete SpO2, soquete USB; Tela de exibição: Tipo: 2.8 polegadas TFT LCD; Área de exibição: 58mm x 43mm; Tamanho: 156mm (L) x 70mm (W) x 32mm (H); Peso: 249g (sem incluir sondas e bateria); Tensão de funcionamento: DC 4.0V-6.0V; Bateria interna: Bateria alcalina de 3AA ou bateria recarregável de 1800mAh; Consumo de energia: Menor que 80mA (em operação normal).					
3	Aspirador de Secreção – Bomba Aspiradora de Secreção Portátil, Silencioso, Econômico e de Fácil Manuseio; Voltagem: 110/220; Vac. Frequência: 60 Hz; Sistema: Diafragma; Vácuo: De 0 a 550 Mmhg (Regulável); Válvula Automática de Nível; Capacidade do Recipiente: 1,3 Litros.	Unidade	1			
					Valor Total(R\$)	

Valor total por extenso: _____

Declaramos estar ciente e concordar integralmente com os termos e condições contidas no Termo de Referência.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Local, XX de XXXXXXXXXXXX de 2025.

ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE