



PRORROGAÇÃO DE PRAZO

COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA PROCESSO Nº 096/2025

A instituição **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ SAÚDE**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede à Rua Dr. Francisco de Souza, nº 728, Centro, Rio Bonito - RJ, CEP: 28800-000, inscrita no CNPJ sob nº **40.289.134/0001-99**, vem, por sua por sua Analista de Compras abaixo assinada, solicitar apresentação de proposta de preços para compor a ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA SELEÇÃO DE FORNECEDORES para contratação de empresa para aquisição de equipamentos, para atender as necessidades da Clínica da Mulher, unidade gerenciada pela OS Prima Qualitá Saúde por meio do Contrato de Gestão Nº 005/2025, firmado com o município de Saquarema/RJ, conforme especificações no Termo de Referência anexo.

Data para recebimento das Propostas: até 29/05/2025 às 16:00 horas.

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos no telefone (21) 96673-1334 e e-mail: departamento.compras@primaqualitasaude.org.

Rio Bonito, 28 de maio de 2025.

Ivanete S. Motta
Analista de Compras



INSERIR LOGO OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA

À Prima Qualidade Saúde.

PROCESSO Nº 096/2025

Dados da Proponente

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

Apresentamos, cotação de preços para compor estimativa para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no respectivo Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Exercitador de assoalho pélvico: Dimensões da sonda: 97,5x22 mm; Peso: 23g; Comprimento da antena: 106,55 mm; com uma antena que se move conforme a intensidade das contrações, com 3 ângulos de rotação e 2 antenas.	Unidade	1			R\$ -
2	Aparelho de biofeedback e eletroterapia: Dimensões (LxPxAl): 27 x 26,6 x 12,5cm. Alimentação: 110/220 V~ automático (60 Hz). Potência de entrada - Consumo (máx.): 30VA. Fusível de proteção de rede: 500 mA (20AG). Peso: (aprox. com acessórios): 5,2 Kg. Canais de saída: 1 canal para eletroestimulação (singlechannel) e 1 canal para biofeedback manométrico-perineal.	Unidade	1			R\$ -
3	Kit com 05 cones vaginais: Cones vaginais são pequenas cápsulas de formato anatômico e cargas que variam de 20g a 70g, (05 cones com fios de silicone, com os seguintes pesos: 20g; 32g; 45g; 57g; 70g).	Unidade	1			R\$ -
4	Bolas Ben-Wa: As bolas Ben-Wa tem aproximadamente 3,7cm, usadas para a prática de pompoarismo confeccionadas em silicone macio e de fácil limpeza, com pesos internos.	Unidade	1			R\$ -
5	Bola Suíça: Tamanho: 65 cm; Material: Pode ser feita de látex ou PVC; Capacidade de peso: Suportar até 200 kg.	Unidade	1			R\$ -
6	Modelo de Pelve Educativa: O modelo de pelve é um recurso anatômico flexível usado em atendimentos e importante tanto para o entendimento do profissional quanto para a educação do paciente. O modelo de pelve é importante para aprendizado e demonstração.	Unidade	1			R\$ -
7	Vibradores: O massageador é composto de 5 partes, desenvolvidas em ABS, leve e de textura lisa para facilitar a massagem. O aparelho possui	Unidade	1			R\$ -

www.primaqualitasaude.org

Prima Qualidade Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Rua Dr. Francisco de Souza, nº 728, Centro, Rio Bonito, RJ, CEP: 28800-000



	vibrador a pilha, com frequência que variam de 30 Hz a 142 Hz vibração multivelocidade controlada por botão giratório na base e mais 4 ponteiros diferentes que são intercambiáveis e ainda, diferentes para exercer as diversas funções de toque. Medidas Aproximadas Massageador: 17,5 x 2,7 cm; A Ponteira Plana: 3,5 cm; A Ponteira Pontaguda: 5,2 cm; A Ponteira Pontaguda Redonda: 4 cm; A Ponteira de Gancho: 5 cm.					
8	Colchonete: Tamanho: 90 x 40 x 3; Espuma: d 23; Revestimento: Napa emborrachada.	Unidade	1			R\$ -
9	Espelho: 20x30cm.	Unidade	1			R\$ -
VALOR TOTAL						R\$ -

Valor Total por Extenso: _____

Declaramos estar ciente e concordar integralmente com os termos e condições contidas no Termo de Referência.

Validade da proposta: 60 dias.

Local, XX de XXXXXXXXXXXX de 2025.

ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE