



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

**COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA
PROCESSO Nº 160/2025**

A instituição **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede à Rua Dr. Francisco de Souza, 728 – Centro, Rio Bonito/RJ – CEP 28.800-000, inscrita no CNPJ sob nº **40.289.134/0001-99**, vem, por sua Analista de Compras abaixo assinada, solicitar apresentação de proposta de preços para compor a ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA SELEÇÃO DE FORNECEDORES para a contratação de empresa especializada em fornecimento de CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, visando o cumprimento do Contrato de Gestão nº 081/2023, firmado com o município de Arraial do Cabo, conforme especificações no Termo de Referência.

Data para recebimento das Propostas: até 01/09/2025 às 16:00 horas.

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos no telefone (21) 96673-1334 e e-mail: departamento.compras@primaqualitasaude.org.

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2025.

Ivanete S. Motta
Analista de Compras



INSERIR LOGO OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

COLETA DE PREÇOS – ESTIMATIVA

À Prima Qualitá Saúde.

PROCESSO Nº 160/2025

Dados da Proponente

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

Apresentamos, cotação de preços para compor estimativa para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no respectivo Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Caneta de alta rotação (turbina) para uso odontológico, rotação de no mínimo de 300.000 a 450.000 rpm, acoplamento tipo borden (2 furos), cabeça standard, sistema de fixação da broca Push button (botão de pressão), múltiplo spray (mínimo 1 até 4 saídas), material do corpo em alumínio anodizado ou aço inoxidável resistente à corrosão, esterilizável a 134°C por pelo menos 20 minutos, nível de ruído ≤ 70 dB, pressão de trabalho 32 a 40 psi (aproximadamente 2,2 a 2,8 bar).	Unidade	28			
2	Micromotor odontológico de baixa rotação, de alta performance, projetado para acoplar peças de mão retas e contra ângulos, permitindo a realização de procedimentos clínicos e laboratoriais com precisão, baixo nível de ruído e excelente controle de velocidade, tipo pneumático (acoplamento borden ou midwest) ou (com controle de torque e velocidade), rotação pneumático até 40.000 rpm, sentido de rotação reversível (horário e anti-horário), corpo em material liga metálica leve e resistente à corrosão, sistema de irrigação interno ou externo (dependendo do modelo), peso leve para reduzir fadiga do operador, baixa emissão sonora 65dB, conexão universal para contra ângulo e peça reta padrão ISSO.	Unidade	28			
3	Contra ângulo para micro motor baixa rotação, instrumento rotatório odontológico acoplado a micromotor, destinado à	Unidade	28			



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

realização de procedimentos clínicos e laboratoriais que requerem baixa rotação e alta precisão, design ergonômico, baixo nível de ruído e sistema de acoplamento rápido, garantindo praticidade e conforto ao profissional, rotação igual ao micromotor, ou com redução conforme o modelo, padrão universal ISSO para micromotores pneumáticos ou elétricos, sistema de fixação de broca push button (press button) ou trava por anel, compatível com brocas tipo latch-type (encaixe RA), sistema de interno e externo (dependendo do modelo), velocidade máxima até 40.000 rpm(dependendo do micromotor acoplado), corpo em aço inoxidável ou liga de alta resistência, resistente a corrosão, autoclovável até 135°C, baixa emissão sonora (65dB), conforto para o operador.				
VALOR TOTAL				

Valor Total por Extenso:_____

Declaramos estar ciente e concordar integralmente com os termos e condições contidas no Termo de Referência.

Validade da proposta: 60 dias.

Local, xx de xxxxxxxx de 2025.

ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE

www.primaqualitasaude.org

Rua Dr. Francisco de Souza, nº 728, Centro

Rio Bonito, RJ - CEP 28800-000

Telefone: 21 20424250

CNPJ: 40.289.134/0001-99